

PATIËNTENINFORMATIE

Aerosoltherapie

Beste,

Met deze folder willen wij je meer informatie verstrekken over aërosoltherapie. Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden of vragen kan je die steeds aan de behandelende kinderarts of verantwoordelijke verpleegkundige stellen.

Met aerosoltherapie wordt medicatie rechtstreeks in de luchtwegen en longen gebracht doordat vloeibare medicatie omgezet wordt in een fijne mist, die ingeademd kan worden.

Gebruik

- » Koppel één uiteinde van de slang aan het toestel en het andere uiteinde aan het masker.
- » Zet het toestel voor het gebruik enkele seconden aan. Zo kan je achtergebleven vocht uit de slang verwijderen.
- » Bereid de oplossing:
 - Was je handen met water en zeep;
 - Scheur één patroon medicatie van de strip en schud het;
 - Verwijder met een draaibeweging de dop van het patroon, houd het patroon ondersteboven boven het reservoir van het masker en druk de gewenste hoeveelheid vloeistof (ml) eruit;
 - Vul volgens voorschrift van de arts aan met andere medicatie of indien nodig fysiologisch water tot een minimum hoeveelheid van 4ml;
 - Bevestig het reservoir opnieuw aan het masker;
 - Plaats het gezichtsmasker over de mond en neus, zorg ervoor dat het goed aansluit;
 - Houd je kind goed rechtop en zorg dat ook de vernevelaar recht kan gehouden worden;
 - Zet het toestel aan;
 - Zorg dat je kindje rustig ademt, geef eventueel een fopspeen;
 - Stop met inhaleren ongeveer één minuut nadat de vernevelaar begint te 'sputteren' of na ongeveer tien minuten;
 - Zet het toestel uit, het reservoir moet niet leeg zijn.

Reinigen en onderhoud

Reinig het mondmasker en reservoir na gebruik. Dat beperkt het risico op infectie en voorkomt verstopping van het toestel.

- » Na elk gebruik: spoelen met lauw water.
- » Dagelijks: reinigen met lauw water en detergent. Spoel nadien grondig met warm water.
- » Eenmaal per week: reinigen met lauw water en detergent. Spoel grondig met warm water. Ontsmet nadien de verschillende onderdelen als volgt:
 - Gedurende vijf minuten in kokend water, óf
 - In de vaatwasser op 70°C gedurende 30 minuten, óf
 - In een sterilisator voor zuigflessen.
- » Na reiniging: droog de onderdelen met bv. keukenpapier en zet op een schone, stofvrije doek. Zorg dat alle onderdelen goed droog zijn voor je ze opnieuw monteert.
- » Vervang het wegwerpmasker, reservoir en slang om de drie maanden.

Aandachtspunten

- » Maak de oplossing vlak voor de start van de behandeling klaar. Een geopend patroon moet binnen de 12u gebruikt worden.
- » Laat na de verneveling je kindje wat drinken, bv. water. Bij kleine kinderen en baby's dien je de aerosol toe vóór de voeding.
- » Let op: volg steeds de instructies van de apotheker in verband met bewaarbaarheid van medicatie.

Wij wensen je kindje een spoedig herstel toe.